ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CODIGO

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : TENSIOMETRO ANEROIDE RODABLE

A DESCRIPCION GENERAL:

A01 EQUIPO UTILIZADO COMO APOYO DIAGNÓSTICO, DURANTE EL EXAMEN Y EVALUACIÓN CLÍNICA DEL PACIENTE ADULTO, EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

A02 EL EQUIPO ESTA COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA METÁLICA, INOXIDABLE Y/O PROTECCIÓN SIMILAR, CON UNA BASE RODABLE ORIGINAL DE FABRICA.PARA FÁCIL MOVILIZACIÓN Y DISEÑADA PARA QUE NO SE VUELQUE. DICHA BASE ESTARA CONFORMADA POR TRES (03) GARRUCHAS COMO MÍNIMO.

A03 SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL TIPO ANALÓGICO O TIPO RELOJ,

A04 QUE PERMITE VISUALIZAR LOS VALORES EN mm Hg, CON UNA PRECISION DE 3 mm. Hg O MENOR, PROTEGIDO POR VIDRIO O PLÁSTICO RESISTENTE, DISEÑADO Y CONSTRUIDO PARA USO INTENSIVO, ADECUADAMENTE CALIBRADO, DEBE SER INDEPENDIENTE DE LA PERILLA DE INSUFLACIÓN.
RANGO DE MEDICIÓN DE 0 A 300 mm Hg..

A05 ALTURA APROXIMADA DE VÁSTAGO 80 cm O MÁS. LA ALTURA DEBERÁ SER REGULABLE.

A06 CON UNA PERILLA DE INSUFLACIÓN DE GOMA SUAVE (LIBRE DE LATEX), RESISTENTE AL USO FRECUENTE, CON VÁLVULA TIPO ROSCA, DE FÁCIL MANEJO, QUE PERMITA REGULAR ADECUADAMENTE, LA PRESIÓN DE AIRE CONTENIDA EN LA BOLSA DE INSUFLACIÓN, Y UN DISPOSITIVO TIPO CANASTILLA PARA ALMACENAR LA PERILLA Y EL BRAZALETE.

A07 BRAZALETE DE NYLON, FÁCILMENTE LAVABLE Y RESISTENTE AL USO FRECUENTE, CON SISTEMA DE FIJACIÓN TIPO VELCRO. UNA (01) BOLSA DE INSUFLACIÓN DE JEBE TAMAÑO ADULTO ESTÁNDAR.

B ACCESORIOS ADICIONALES

B01 UNA (01) PERA ADICIONAL (LIBRE DE LÁTEX). INCLUYE VALVULA TIPO ROSCA.

B02 UN (01) BRAZALETE TIPO ADULTO (DE NYLON, LIBRE DE LÁTEX). INCLUYE BOLSA DE NSUFLACIÓN.

B03 UN (01) BRAZALETE TIPO NEONATAL (DE NYLON, LIBRE DE LÁTEX). INCLUYE BOLSA DE INSUFLACIÓN.

CONDICIONES GENERALES PARA LA ADQUISICION

- Con dos (02) años de garantía (como mínimo), contra cualquier desperfecto o deficiencia de fábrica que pudiera manifestarse durante su uso normal
- Con mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía, con cuatro intervenciones por cada año.
- Con un (01) juego de manuales: Manual de Usuario y Manual de Servicio Técnico en idioma original, con su traducción respectiva al idioma español.
- Incluye capacitación dirigido al usuario y personal técnico de mantenimiento, con una duración mínima de cuatro (04) horas respectivamente.